

Shirley Aldred & Co Ltd

ANVENDELSESMÅDE

Det medicinske aldasorberfilter gøres klar til brug ved at fjerne den ydre polyethylenpose og den beskyttende papskive fra bunden af filteret.

Filteret skal placeres lodret på et gulv eller en hylde under udstødnings-/skyllemiddeludløbsniveauet på anæstesisystemet.

Brug et 22 mm fleksibelt skyllerør til at forbinde filteret til udløbs-/udstødningsporten på anæstesisystemet.

PRÆSTATION

Under normale kliniske forhold vil anæstesifilteret give op til 28 timers adsorption (1lpm flow ved 2,2% v/v), men dette afhænger naturligvis af gasflow og koncentration af flygtige stoffer.

Filterets vægt før brug er 1200g.

Filterets vægt, når det er fuldt (opbrugt), er 1400 g.

BORTSKAFFELSE

Filteret skal afbrydes efter 200 gram vægtforøgelse. For nemheds skyld og beskyttelse af operationsstuens personale er der en sikkerhedsfaktor indbygget i filtrene. Filterets samlede adsorbative kapacitet er ikke mindre end 240 gram halothan.

Der er tilvejebragt en plastikpose til bortskaffelse af filteret. Sæt filteret i plastikposen og forsegl det inden forbrænding.

Produktet må ikke klassificeres som farligt i henhold til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger.