

Shirley Aldred & Co Ltd

MODE D'EMPLOI

Le filtre médical aldasorber est prêt à l'emploi en retirant le sac extérieur en polyéthylène et le disque de protection en carton de la base du filtre.

Le filtre doit être placé verticalement sur un sol ou une étagère sous le niveau de sortie d'évacuation/piégeur du système d'anesthésie.

Utilisez un tube de récupération flexible de 22 mm pour connecter le filtre à l'orifice de sortie/d'échappement du système d'anesthésie.

PERFORMANCE

Dans des conditions cliniques normales, le filtre anesthésique fournira jusqu'à 28 heures d'adsorption (débit de 1 lpm à 2,2% v/v), mais cela dépend bien sûr du débit de gaz et de la concentration en agents volatils.

Le poids du filtre avant utilisation est de 1200g.

Le poids du filtre lorsqu'il est plein (épuisé) est de 1400g.

DISPOSITION

Le filtre doit être débranché après un gain de poids de 200 grammes. Pour plus de commodité et de protection du personnel de la salle d'opération, un facteur de sécurité est intégré dans les filtres. La capacité d'adsorption totale du filtre n'est pas inférieure à 240 grammes d'halothane.

Un sac en plastique est fourni pour l'élimination du filtre. Mettez le filtre dans le sac en plastique et fermez-le avant l'incinération.

Le produit ne doit pas être classé comme dangereux conformément aux règles de classification et d'étiquetage des substances et des mélanges.