

Shirley Aldred & Co Ltd

VERWENDUNGSWEISE

Der medizinische Filter von aldasorber wird gebrauchsfertig gemacht, indem der äußere Polyethylenbeutel und die Schutzkartonscheibe vom Boden des Filters entfernt werden.

Der Filter sollte senkrecht auf einem Boden oder einem Regal unterhalb der Auslassebene des Anästhesiesystems platziert werden.

Verwenden Sie ein flexibles 22-mm-Scavenger-Rohr, um den Filter mit der Auslass-/Auslassöffnung des Anästhesiesystems zu verbinden.

LEISTUNG

Unter normalen klinischen Bedingungen bietet der Anästhesiefilter eine Adsorption von bis zu 28 Stunden (1 l/min Durchfluss bei 2,2 % v/v), aber dies hängt natürlich vom Gasfluss und der Konzentration flüchtiger Substanzen ab.

Das Gewicht des Filters vor dem Gebrauch beträgt 1200g.

Das Gewicht des Filters im vollen (erschöpften) Zustand beträgt 1400 g.

BESEITIGUNG

Der Filter sollte nach einer Gewichtszunahme von 200 Gramm abgeklemmt werden. Zur Bequemlichkeit und zum Schutz des OP-Personals ist ein Sicherheitsfaktor in die Filter eingebaut. Die Gesamtadsorptionskapazität des Filters beträgt nicht weniger als 240 Gramm Halothan.

Für die Entsorgung des Filters wird eine Plastiktüte bereitgestellt. Legen Sie den Filter in den Plastikbeutel und verschließen Sie ihn vor der Verbrennung.

Das Produkt darf gemäß den Einstufungs- und Kennzeichnungsvorschriften für Stoffe und Gemische nicht als gefährlich eingestuft werden.