

Shirley Aldred & Co Ltd

MODALITA' D'USO

Il filtro medicale aldasorber è pronto per l'uso rimuovendo il sacchetto esterno in polietilene e il disco di cartone protettivo dalla base del filtro.

Il filtro deve essere posizionato verticalmente su un pavimento o un ripiano sotto il livello di uscita dello scarico/spazzino del sistema di anestesia.

Utilizzare un tubo di lavaggio flessibile da 22 mm per collegare il filtro alla porta di uscita/scarico del sistema di anestesia.

PRESTAZIONE

In condizioni cliniche normali, il filtro anestetico fornirà fino a 28 ore di adsorbimento (flusso di 1 lpm al 2,2% v/v), ma ovviamente questo dipende dal flusso di gas e dalla concentrazione di agenti volatili.

Il peso del filtro prima dell'uso è di 1200 g.

Il peso del filtro quando è pieno (esaurito) è di 1400 g.

DISPOSIZIONE

Il filtro deve essere scollegato dopo un aumento di peso di 200 grammi. Per comodità e protezione del personale di sala operatoria, i filtri sono dotati di un fattore di sicurezza. La capacità adsorbente totale del filtro non è inferiore a 240 grammi di alotano.

Per lo smaltimento del filtro viene fornito un sacchetto di plastica. Mettere il filtro nel sacchetto di plastica e sigillarlo prima dell'incenerimento.

Il prodotto non deve essere classificato come pericoloso secondo le norme di classificazione ed etichettatura per le sostanze e le miscele.