

Shirley Aldred & Co Ltd

SPOSÓB UŻYCIA

Filtr medyczny aldasorber jest gotowy do użycia po wyjęciu zewnętrznej torby polietylenowej i kartonowego dysku ochronnego z podstawy filtra.

Filtr należy umieścić pionowo na podłodze lub półce poniżej poziomu wylotu spalin/zmiatacza w systemie anestezjologicznym.

Użyj elastycznej rurki przedmuchowej 22 mm, aby podłączyć filtr do portu wylotowego/wylotowego w systemie anestezjologicznym.

WYDAJNOŚĆ

W normalnych warunkach klinicznych filtr znieczulający zapewnia do 28 godzin adsorpcji (przepływ 1 l/min przy 2,2% v/v), ale oczywiście zależy to od przepływu gazu i stężenia czynnika lotnego.

Waga filtra przed użyciem to 1200g.

Waga filtra po napełnieniu (wyczerpaniu) wynosi 1400g.

DYSPOZYCJI

Filtr należy odłączyć po przybraniu na wadze 200 gramów. Dla wygody i ochrony personelu sali operacyjnej w filtry wbudowany jest współczynnik bezpieczeństwa. Całkowita zdolność adsorpcyjna filtra wynosi nie mniej niż 240 gramów halotanu.

Do utylizacji filtra przewidziana jest plastikowa torba. Włóż filtr do plastikowej torby i zamknij go przed spaleniem.

Produktu nie klasyfikuje się jako stwarzającego zagrożenie zgodnie z zasadami klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin.