

Shirley Aldred & Co Ltd

MODO DE UTILIZAÇÃO

O filtro médico aldasorber está pronto para uso removendo o saco exterior de polietileno e o disco de cartão protetor da base do filtro.

O filtro deve ser colocado verticalmente no chão ou numa prateleira abaixo do nível de saída do sistema de anestesia.

Utilize um tubo de limpeza flexível de 22 mm para ligar o filtro à saída/saída do sistema de anestesia.

DESEMPENHO

Em condições clínicas normais, o filtro anestésico fornecerá até 28 horas de adsorção (fluxo de 1lpm a 2,2% v/v), mas é claro que isso depende do fluxo de gás e da concentração de agentes voláteis.

O peso do filtro antes da utilização é de 1200g.

O peso do filtro quando cheio (esgotado) é de 1400g.

ELIMINAÇÃO

O filtro deve ser desligado após 200 gramas de ganho de peso. Para conveniência e proteção do pessoal da sala de cirurgia, há um fator de segurança embutido nos filtros. A capacidade total de adsorção do filtro não é inferior a 240 gramas de halotano.

É fornecido um saco de plástico para a eliminação do filtro. Coloque o filtro no saco de plástico e sela-o antes da incineração.

O produto não deve ser classificado como perigoso de acordo com as regras de classificação e rotulagem de substâncias e misturas.