

Shirley Aldred & Co Ltd

MÉTODO DE USO

El filtro médico aldasorber está listo para su uso retirando la bolsa exterior de polietileno y el disco de cartón protector de la base del filtro.

El filtro debe colocarse verticalmente en el suelo o en un estante por debajo del nivel de salida del sistema de anestesia.

Utilice un tubo depurador flexible de 22 mm para conectar el filtro al puerto de salida/escape del sistema de anestesia.

RENDIMIENTO

En condiciones clínicas normales, el filtro anestésico proporcionará hasta 28 horas de adsorción (flujo de 1 lpm al 2,2% v/v), pero, por supuesto, esto depende del flujo de gas y de la concentración del agente volátil.

El peso del filtro antes de su uso es de 1200g.

El peso del filtro cuando está lleno (agotado) es de 1400 g.

DISPOSICIÓN

El filtro debe desconectarse después de un aumento de peso de 200 gramos. Para mayor comodidad y protección del personal del quirófano, hay un factor de seguridad incorporado en los filtros. La capacidad adsorbente total del filtro no es inferior a 240 gramos de halotano.

Se proporciona una bolsa de plástico para la eliminación del filtro. Coloque el filtro en la bolsa de plástico y séllela antes de incinerarla.

El producto no se clasificará como peligroso de acuerdo con las normas de clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas.